**Konformitätserklärung**
**Declaration of conformity**
**Déclaration de conformité**
**Dichiarazione di conformità**

INTEGRA METERING

## INTEGRA METERING AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

| | | |
|---|---|---|
| erklärt, dass das Produkt<br>declares that the product<br>déclare que le produit<br>dichiara che i prodotti | **Durchflussgeber**<br>**Flowmeter**<br>**Débitmètre**<br>**Misuratore di portata** | **AMFLO® SONIC DryX II**<br>**ASDXII** |

mit den Vorschriften folgender Richtlinien übereinstimmt :
*conforms with the regulations of the following European Council Directives :*
*est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :*
*è conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee :*

**CE Konfomität/ CE compliance/ Conformité CE/ Conformità CE**

| **Richtlinie**<br>**Directive**<br>**Directive**<br>**Direttiva** CE | **Beurteilungsverfahren**<br>**Method of assessment**<br>**Méthode d'évaluation**<br>**Metodo di valutazione** | **Benannte Stelle**<br>**Notified body**<br>**Organisme notifié**<br>**Organizzazione notificata** | |
|---|---|---|---|
| **MID 2014/32/EU**<br>Messgeräterichtlinie<br>Measurement Instruments Directive<br>Directive sur les instruments de mesure<br>Strumenti di misura direttiva | Module B:<br>**DE-21-MI004-PTB001**<br>PTB, Berlin<br>Normen/Standards:<br>EN 1434:2015 | Module D: DE-M-AQ-PTB143<br>PTB – Cert 0102<br>Bundesallee 100<br>D - 38116 Braunschweig | Module F:<br><br>N/A |
| **RED 2014/53/EU**<br>Funkanlagenrichtlinie<br>Radio equipment directive<br>Directive équipements radio<br>Direttiva sulle apparecchiature radio | **Safety**<br>Report RS420-20-105192-2-A (00) V1<br>Norm/Standard: IEC 61010-1<br>**Radiofrequency**<br>Report RR410-20-105357-1A Ed.0<br>Norm/Standard: EN 300 330 V2.1.1<br>**EMC**<br>Report RCE-420-20-105192-1-A (02)<br>Normen/Standards:<br>EN 61326-1: 2013<br>ETSI EN 301 489-3 : 2019 V2.1.1<br>ETSI EN 301 489-1 : 2019 V2.2.3<br>EN 1434-4 + A1 : 2018 (EMC part)<br>**EMF**<br>Report RE410-20-105357-1A Ed.0<br>Normen/Standards:<br>EN 50364: 2010<br>EN 62311: 2008<br>1999/519/CE<br>2013/35/UE | EMITECH Groupe<br>31300 TOULOUSE | |
| **PED 2014/68/EU**<br>Druckgeräterichtlinie<br>Pressure equipment directive<br>Directive des équipements sous pression<br>Dirretive di attrezzature a pressione | Regelwerk/relues/règles :<br>AD 2000 01/2013 | Module A2:<br>Swiss Safety Center AG<br>CE 1253<br>Richtistrasse 15<br>CH-8304 Wallisellen | |

**Weitere Konformitäten**

| **Richtlinie**<br>**Directive**<br>**Directive**<br>**Direttiva** | **Beurteilungsverfahren**<br>**Method of assessment**<br>**Méthode d'évaluation**<br>**Metodo di valutazione** | **Benannte Stelle**<br>**Notified body**<br>**Organisme notifié**<br>**Organizzazione notificata** |
|---|---|---|
| Zulassung national Schweiz:<br>Messmittelverordnung – MessMV<br>Vom 15.02.2006 | SR 941.231<br>**CH-T2-21232-00**<br>METAS, Bern-Wabern | METAS, Lindenweg 50<br>CH-3003 Bern-Wabern |
| Zulassung national Deutschland:<br>Mess- und Eichverordnung - MessEV<br>vom 11.12.2014 | TR K7.2<br>**DE-21-M-PTB-0023**<br>PTB, Berlin | Module D: DE-M-AQ-PTB143<br>PTB – Cert 0102<br>Bundesallee 100<br>D - 38116 Braunschweig |

Unterzeichnet für und im Namen von:
Signed on behalf of:
Signé pour et au nom de :
Firmato per e al nome di:

INTEGRA METERING AG

Therwil, 18.06.2024

| | |
|---|---|
| **İlker AYCICEK** | **Christian MEIER** |
| Leiter Qualitätsmanagement | Chief Executive Officer |
| Head of Quality Management | Chief Executive Officer |
| Responsable Qualité | Directeur général |
| Responsabile Qualità | Direttore generale |