Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformità

INTEGRA METERING

INTEGRA METERING AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

erklärt, dass das Produkt declares that the product déclare que le produit dichiara che i prodotti	**Temperatursensor** **Temperature probe** **Sonde de température** **Sonda di temperatura**	**902465/50**

Referenzen References Références Riferimenti	PSC 100/50/6/10m 4-Leiter CE MID-Kälte DS/PSC 100/45/10m 4-Leiter CE M/D-Kälte PSC 500/50/6/2,5m-2-Leiter-CE MID-Kälte PSC 500/50/6/2,5m-2-Leiter-CE MID-Kälte PSC 500/50/6/10m-2-Leiter-CE MID-Kälte DS/PSC 500/45/2,5m CE MID-Kälte DS/PSC 500/45/10m/2-Leiter CE M/D-Kälte PSC 100/50/6/2,5m-2-Leiter-CE MID-Kälte PSC 100/50/6/2,5m-2-Leiter-CE MID-Kälte DS/PSC 100/45/2,5m CE MID-Kälte

mit den Vorschriften folgender Richtlinien übereinstimmt :
conforms with the regulations of the following European Council Directives :
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :
è conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee :

CE Konfomität/ CE compliance/ Conformité CE/ Conformità CE

Richtlinie **Directive** **Directive** **Direttiva** CE	**Beurteilungsverfahren** **Method of assessment** **Méthode d'évaluation** **Metodo di valutazione**	**Benannte Stelle** **Notified body** **Organisme notifié** **Organizzazione notificata**
MID 2014/32/EU Messgeräterichtlinie Measurement Instruments Directive Directive sur les instruments de mesure Strumenti di misura direttiva	Module B: **A0445-NB23-0110** BEV, Wien NB0445 Normen/Standards: EN 1434-1 :2015+A1:2018 EN 1434-2 :2015+A1:2018 EN 1434-4 :2015+A1:2018 EN 1434-5 :2015+A1:2019 EN 60751 : 2008 OIML R75-2 : 2002	Module D: DE-M-AQ-PTB143 PTB - Cert 0102 Bundesallee 100 D - 38116 Braunschweig

Weitere Konformitäten

Richtlinie **Directive** **Directive** **Direttiva**	**Beurteilungsverfahren** **Method of assessment** **Méthode d'évaluation** **Metodo di valutazione**	**Benannte Stelle** **Notified body** **Organisme notifié** **Organizzazione notificata**
Zulassung national Deutschland: Mess- und Eichverordnung - MessEV vom 11.12.2014	TR K7.2 **DE-23-M-PTB-0062** PTB, Berlin	Module D: DE-M-AQ-PTB143 PTB – Cert 0102 Bundesallee 100 D - 38116 Braunschweig

Unterzeichnet für und im Namen von:
Signed on behalf of:
Signé pour et au nom de :
Firmato per e al nome di:

INTEGRA METERING AG

Therwil, 07.06.2024

Ilker AYCICEK
Leiter Qualitätsmanagement
Head of Quality Management
Responsable Qualité
Responsabile Qualità

Christian Meier, Integra Metering AG, Head of Sales and Services Central Europe
4106 Therwil, 18.06.2024

Christian MEIER
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
Directeur général
Direttore generale